

KARTA DANYCH NR 024a	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,
Urządzenie/instalacja:	Przetwornik do pomiaru przewodnictwa
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 117 liczba 7.22
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Cyfrowy czujnik przewodności z zintegrowaną elektroniką AD lub Memosens	Tak/nie
Obudowa ze stali szlachetnej	Tak/nie
Sona zanurzeniowa	Tak/nie
Temp max 60°C	 °C
250µS/cm-2500mS/cm.	 µS/cm-..... mS/cm.
Uniwersalny 2 kanałowy przetwornik pomiarowy z kablem zasilającym	Tak/nie
Wejścia: 2 x czujniki cyfrowe	Tak/nie
Stopień ochrony IP 66	Tak/nie
Dostosowanie do podglądu wizualizacji - transmisja	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)