

KARTA DANYCH NR 029a	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocięcu,
Urządzenie/instalacja:	Autosampler
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 120 liczba 7.22
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
możliwość wyboru programów: proporcjonalny do czasu, przepływu, program kaskadowy, tryb wielobutelkowy, start zwłoczny, pobór do specjalnej butelki, pobór ciągły/nieciągły	Tak/nie
menu wielojęzyczne m.in. w języku polskim	Tak/nie
praca w warunkach: -40°C do +50°C	 - °C
możliwość przekładania przetwornika pomiędzy wersjami stacjonarnymi i przenośnymi (IP67)	Tak/nie
wyświetlacz graficzny 128x64 pixeli z podświetleniem LED lub duży wyświetlacz z regulacją wielkości czcionek oraz ustawianiem kontrastu	Tak/nie
możliwość ustawienia programowo przedmuchiwania oraz płukania węża próbki	Tak/nie
możliwość ustawienia objętości 100 ml –10.000 ml	 - ml
rozdzielacz kołowy z radialnym ułożeniem butelek	Tak/nie
wersja klimatyzowana utrzymująca temperaturę 4°C	 °C
system poboru oparty na pompie perystaltycznej wysokiej prędkości, I.D. węża 9,5 mm	Tak/nie
klawiatura foliowa z przyciskiem włączającym, cztery przyciski funkcyjne i osiem przycisków nawigacyjnych, diodowe wskazanie stanu lub obsługa za pomocą 4 przycisków i pokrętle nawigacyjnego	Tak/nie
masa pustego urządzenia nie przekraczająca 90 kg	 kg
wąż próbki 7m I.D. 9,5 mm zakończony obciążnikiem oraz sitkiem teflonowym.	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....